証明書番号：　2303245

総数　1頁の1頁

温　度　校　正　証　明　書

以下の結果は、国家標準にトレーサブルであることを証明致します

依頼者　県立がんセンター新潟病院　薬剤部
所在地　新潟県新潟市中央区川岸町2丁目15-3

校正対象品

	型番	品番	製造番号	testo s/n
本体	0572 1751	testo175T1	44711163 0121	042697

合否判定基準　：　±0.5℃（-35.0℃～+55.0 ℃）

検査室の環境　：　25±3℃　　40±5%rh

校正結果　校正年月日　2023年4月13日

基準値（℃）	校正値（℃）	器差（℃）	合否判定
10.01	10.1	+ 0.09	OK
29.95	30.0	+ 0.05	OK
49.99	50.2	+ 0.21	OK

＊ 校正はJIS　Z　8710（1993）、7.2.2（比較法）に準じて行ないました。
＊ 校正に用いた基準器は次のとおりです。

製品名	型番	製造番号	製造者名
デジタル温度計	testo400	61622703/0419	ドイツ Testo社
白金測温抵抗体	0618 0073	61843880/0821	ドイツ Testo社

＊ 基準器は、日本電気計器検定所で校正されており、国家標準にトレーサブルです。
（校正証明書番号：011-221181-100）
＊ 基準値は、基準器であるデジタル温度計が示した値です。
＊ 校正値とは、被校正品が示す値です。
＊ 器差とは、校正値から基準値を引いた値です。
＊ 合否判定は、弊社の合否判定基準により行いました。器差が判定基準内であれば「OK」、判定基準外であれば「NG」で表します。

2023年4月20日
横浜市港北区新横浜2-2-15
株式会社テストー
TEL：045-476-2266

試験担当者	承認者
渡邊	都倉

備考：事前の承認なしに、この証明書の一部のみを複製して使用することを禁じます。