

令和 8 年 8 月吉日

関係機関各位

新潟県立がんセンター新潟病院
中央放射線部

持続血糖測定器の放射線画像検査対応についてのお願い

日頃より当院の運営にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

持続血糖測定器等を装着したまま CT、MRI 等の検査を行うことに関して、メーカーは持続血糖測定器等の誤作動や故障などの影響が評価されていないことから推奨していませんでしたが、7 月 31 日に「リブレ 2」のセンサー添付文書の改訂がありましたので、当院での対応をお知らせいたします。

CT、MRI、PET-CT、骨シンチ等を依頼される場合は以下の点にご留意ください。

- MRI、PET-CT、骨シンチ等の検査時は持続血糖測定器センサーを取り外して撮影を行います。
- CT の検査時「リブレ 2」は取り外しせずに検査を行います。「リブレ 2」以外の場合は持続血糖測定器センサーを取り外して撮影を行います。ただし、撮影に支障がある時は取り外す場合がありますのでご了承ください。
- 「リブレ 2」以外の X 線対応測定器の場合は、本人に確認できた場合のみ取り外しせずに検査を行います。取り外し不要の旨をお伝えください。
- 取り外した持続血糖測定器センサーは再装着できません。
 - ・ 検査終了後、お手持ちの持続血糖測定器を持参され装着するか、ご自宅での装着をお願いしております。
 - ・ 持続血糖測定器の装着期間を確認して頂き、検査の日程をセンサー交換日に合わせて頂くようお願いいたします。
 - ・ 当院以外で持続型血糖測定器を処方されている方は、管理加算上、当院からの交換品をお渡しできませんのでご了承ください。

お手間をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

以上

【お問い合わせ】

新潟県立がんセンター新潟病院

患者サポートセンター

電話：025-234-0011（病診連携部門）

FAX：025-234-0022（病診連携部門）